



Industrie Service

**Adixen Sensistor AB
Westmansgatan 49
58216 Linköping
SCHWEDEN**

Das Unternehmen erhält mit dem Zertifikat Nr. 10 02 9668 001 entsprechend dem dazugehörigen Untersuchungsbericht das Recht, sein nachfolgend beschriebenes Produkte mit dem abgebildeten Prüfzeichen der Zertifizierungsstelle zu kennzeichnen.



Das Produkt erfüllt die Genauigkeitsanforderungen zur Leckagemessung gemäß der Technischen Anleitung-Luft (TA-Luft) bei Raumtemperatur und die Anforderungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 15848-1 und -2 / Klasse B und C.

Produktbeschreibung:

Leckdetector: Dichtheitsprüfung mit der Wasserstoffmethode

Typ: H 2000 PLUS

Empfindlichkeit: 0,5 ppm Wasserstoffgas (H₂) oder
Leckagerate größer 5×10^{-7} mbarl/s bei Verwendung von
Prüfgas (5 % H₂ / 95 % N₂)

Wartung: Wartungsfrei

Abmessungen: 275 x 155 x 170 mm

Dieses Zertifikat ist gültig bis: Februar 2012
Die Fertigungsüberwachung erfolgt jährlich

München, den 02.02.10

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer

